

## Referencias de control

### Reactivos

REF		CONT
B2DGX-B00	Universal especial	1 x 18 ml R1 + 1 x 8 ml R2
B2DGX-H00	Universal especial	2 x 44 ml R1 + 2 x 19 ml R2
B2DGX-L00	Universal especial	8 x 44 ml R1 + 8 x 19 ml R2

### Otros productos necesarios

REF		CONT
B2REK-000	Conjunto de Calibradores de Beta-2-Microglobulina (5 Niveles)	5 x 1 ml
B2COS-003	Control de Beta-2-Microglobulina Bajo	1 x 3 ml
B2CON-003	Control de Beta-2-Microglobulina Medio	1 x 3 ml
B2COX-001	Control de Beta-2-Microglobulina Alto	1 x 1 ml

## **Ámbito de uso – Destino**

Reactivo de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de la beta2-microglobulina en muestras de origen humano por inmunoturbidimetría en sistemas fotométricos.

## **Interés médico - Validez científica**

La beta2-microglobulina ( $\beta$ 2M) es una proteína de bajo peso molecular (11,8 kD) presente en la superficie de muchas células. La beta2-microglobulina se presenta de dos formas: en forma libre o en forma de membrana, identificada como la cadena ligera del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase I.

La concentración de beta2-microglobulina en suero es baja. La beta2-microglobulina es un marcador de primera línea de los mielomas múltiples y de los linfomas B malignos. La determinación de la beta2-microglobulina también tiene interés clínico para los pacientes con trastornos renales, enfermedades infecciosas, incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedades autoinmunes o artritis reumatoide.

## **Principio del método**

Las partículas de látex en forma coloidal se estabilizan con la ayuda de anticuerpos contra la beta2-microglobulina dirigidos específicamente contra la beta2-microglobulina. La reacción de estas partículas con la beta2-microglobulina presente en una muestra biológica provoca la aglutinación específica de las partículas de látex. Esta aglutinación, directamente proporcional a la concentración de beta2-microglobulina de la muestra, se lee a 570 nm y 800 nm.

## **Advertencias y precauciones de uso**

- Para uso diagnóstico in vitro únicamente.
- La manipulación debe llevarla a cabo el personal autorizado bajo la responsabilidad de un biólogo.
- Los productos de origen humano se han sometido a una detección negativa de anticuerpos anti-VIH 1 y 2, anticuerpos anti-VHC y Ag HBs, pero se deben manipular como productos potencialmente infecciosos.
- Estos productos contienen azida de sodio. Los productos con azida de sodio deben manipularse con precaución: es necesario evitar la ingestión y el contacto con la piel o las membranas mucosas.
- La azida de sodio se vuelve explosiva en contacto con metales pesados como el cobre o el plomo.

## Muestras

### Condiciones de la recogida

Obtenga las muestras siguiendo las técnicas convencionales de laboratorio y utilice únicamente para ello los procedimientos, tubos o recipientes de recogida adecuados.

### Tipo de muestra

Suero y plasma frescos.

### Conservación y estabilidad de las muestras

Temperatura	Estabilidad
- 20 °C	≤ 3 meses
4 - 8 °C	≤ 2 semanas
20 - 25 °C	≤ 2 días

Esta información proviene de los datos de «Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests» y de la «WHO».

## Reactivos

### Composición y concentraciones/Conservación

Componentes activos :

Reactivo R1: ninguno.

Reactivo R2: Suspensión de partículas de látex coloidales recubiertas con ayuda de anticuerpos (conejo) anti-β2-microglobulina humana.

Otros componentes :

Reactivo R1: amortiguador, estabilizante, sal inorgánica y conservante.

Reactivo R2: amortiguador, estabilizante, poliestireno, sal inorgánica y conservante.

Temperatura de conservación :

Reactivo R1: 2-8 °C.

Reactivo R2: 2-8 °C.

### Preparación

Listos para usar.

### Conservación y estabilidad

Los reactivos permanecen estables hasta la fecha de caducidad indicada en el embalaje (mes anterior) en las condiciones de conservación y manipulación que se recomiendan a continuación:

- Frasco sin abrir conservado a la temperatura indicada en el embalaje.
- Frasco abierto: se vuelve a cerrar después del uso o se coloca en el analizador cerrado previsto a tal efecto, no contaminado por la manipulación y conservado a la temperatura indicada en el embalaje.

Nota:

- No congele los reactivos.
- Los reactivos con nanopartículas pueden sedimentarse con el tiempo. Puede ser necesario homogeneizarlos cuidadosamente girándolos varias veces seguidas.

### Otros materiales necesarios

Equipo habitual de laboratorio con un sistema analítico que cuente con un detector fotométrico.

## Calibración

### Equilibrado

La curva de calibración se realiza con el kit de calibración que se indica en la sección «Referencias de control». El punto cero de la curva de calibración se efectúa con suero fisiológico.

### Trazabilidad

El método se ha estandarizado con respecto a un método de referencia incluido en la norma internacional, tal como se describe en la ficha técnica de los calibradores relacionados (consulte el apartado «Referencias de control»).

El método se debe calibrar cuando cambia el número de lote del reactivo o en caso de alteración de los resultados (contacte con el fabricante si persisten las alteraciones) o si así lo exige el control de calidad.

## Control de calidad

La frecuencia de los controles y de los límites de confianza debe adaptarse a las exigencias del laboratorio. Los resultados deben quedar comprendidos dentro de los límites de confianza definidos. Cada laboratorio deberá establecer el procedimiento que hay que seguir si los resultados quedan fuera de los límites definidos. Es obligatorio cumplir con la legislación del país y las directivas locales vigentes en materia de control de calidad.

La curva de calibración y su estabilidad pueden validarse utilizando los materiales de los controles que figuran en la sección «Referencias de control».

## Valores de referencia

	Valores de referencia
Recién nacidos	3 mg/L
0-59 años	< 1,9 mg/L
60-69 años	< 2,1 mg/L
> 70 años	< 2,4 mg/L

Unidades internacionales: mg/L

Unidades convencionales: mg/dL

Esta información proviene de los datos de «Clinical guide to laboratory tests». Cada laboratorio deberá verificar la validez de sus valores y, en caso necesario, establecer sus propios valores de referencia conforme a la población examinada.

## Resultados analíticos

Los resultados analíticos que se muestran a continuación se dan a título informativo. Pueden ser diferentes de los resultados obtenidos en el laboratorio.

Los rendimientos analíticos se han determinado siguiendo las indicaciones del «Guide technique d'accréditation de vérification (Portée A)/validation (Portée B) des méthodes en biologie médicale»; document SH GTA 04 Révision 01.

### Intervalo de medición

0,132 - 95 mg/L

El intervalo de medición está restringido por el límite de cuantificación y el límite de linealidad. Las muestras que tengan una concentración mayor que el límite superior deben diluirse.

### Límite de detección

0,034 mg/L

Se trata de la señal más pequeña expresada en una cantidad o concentración que puede distinguirse con una probabilidad determinada de un blanco reactivo realizado en las mismas condiciones.

El estudio del límite de detección se basa en el análisis estadístico de la diferencia de las señales observadas entre los blancos y las muestras.

## Interferencias (especificidad analítica)

No hay ninguna reacción cruzada conocida con el antisuero citado ni los anticuerpos que se utilizan.

Las muestras que presenten una coloración anómala y contengan partículas pueden generar errores de medición, en función del sistema analítico. Estas muestras deben aclararse químicamente o físicamente antes de su determinación.

## Precisión

La precisión se evaluará con ayuda de la repetibilidad (CV intraserie) y la fidelidad intermedia (CV interserie).

	Repetibilidad (n = 30)		Reproducibilidad (n = 30)	
	Media (mg/L)	CV (%)	Media (mg/L)	CV (%)
Nivel 1	1,14	2,32	1,65	5,87
Nivel 2	8,14	0,73	8,08	4,67
Nivel 3	22,55	0,59	22,26	5,75

## Exactitud

La exactitud, cuantificada por el sesgo, se calcula comparando la media obtenida en el estudio de la fidelidad intermedia, establecida con las muestras de CIC, con el valor objetivo esperado, asimilada al valor «real» de la muestra analizada.

La exactitud se define como la cercanía de un valor medido a un valor real de un mensurando (magnitud que se quiere medir).

Diagam autoriza un sesgo del 5 % con respecto a la norma internacional o con respecto a un método de referencia incluido en la norma internacional, si lo hay.

---

## Limitaciones del método

Los resultados de esta prueba deben interpretarse siempre en relación con los antecedentes médicos del paciente, los signos clínicos y otros hallazgos.

### Prozona

Limitando la linealidad del valor del límite superior del intervalo de medición, no se ha observado ningún efecto de exceso de antígeno en las muestras con una concentración de hasta 330 mg/L.

### Efecto de matriz

Las muestras de los controles interlaboratorio y de los controles pueden dar resultados diferentes a los obtenidos con otros métodos de medición debido al efecto de matriz. En este caso, podría ser necesario llevar a cabo un análisis de los resultados en función de los valores objetivo específicos del método utilizado. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante.

---

## Procedimiento de uso

Hay aplicaciones automáticas validadas para diferentes analizadores disponibles en DiAgam. El procedimiento de uso que figura a continuación permite derivar una aplicación manual o automática del reactivo (procure respetar las proporciones de muestra/R1/R2). Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.

Mezcle 2µl de muestra con 180µl de reactivo R1 e incube la mezcla durante 5 min a 37 °C. Seguidamente, añada a la mezcla de la reacción 80µl de reactivo R2. A continuación, lea la densidad óptica a una longitud de onda de 570nm (longitud de onda primaria) (DO1 570nm) y a una longitud de onda de 800nm (longitud de onda secundaria) (DO1 800nm). Incube a 37 °C durante 5 min. Efectúe una segunda medición de la DO a 570 (DO2 570nm) y a 800nm (DO2 800nm).

Esta manipulación debe realizarse con una muestra de «blanco reactivo» (suero fisiológico, considerado el punto cero en la curva de calibración.), con los calibradores indicados en la sección «Referencias de control» y, por último, con las muestras de concentraciones inocuas.

Para obtener la DO final de la muestra, primero es necesario calcular las DO intermedias como se indica en las ecuaciones siguientes:

DO1 intermedia=DO1 (570 nm) - DO1 (800nm)

DO2 intermedia = DO2 (570nm) - DO2 (800nm)

Por último, la DO final se calcula como se indica en la ecuación siguiente:

$DO_{final} = DO2_{intermedia} - f \times DO1_{intermedia}$

Donde f es un factor que tiene en cuenta la diferencia de volumen entre las 2 medidas de DO.

La DO final de la muestra «blanco reactivo», así como la de los calibradores de las concentraciones conocidas permite trazar una curva de calibración. La relación de la DO medida para una muestra desconocida en esta curva de calibración permite determinar su concentración.






















---


## Bibliografía

1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and molecular Diagnostics, fourth edition, edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, 2006
2. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.
3. Clinical guide to laboratory tests, second edition, edited by Norbert W. Tietz, 1990
4. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.
5. NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

## Leyenda de los símbolos

Los símbolos siguientes pueden figurar en el envasado y en la etiqueta:

 <b>LOT</b>	Código de lote	 <b>BUF</b>	Amortiguador
	Utilizar antes de	 <b>CAL</b>	Calibrador
	Fabricante	 <b>H</b>	Elevado
 <b>IVD</b>	Producto sanitario para diagnóstico in vitro	 <b>M</b>	Medio
	Temperatura (conservación)	 <b>L</b>	Bajo
 <b>REF</b>	Referencia del catálogo	 <b>4 LEV</b>	4 niveles
	Consulte las instrucciones de uso	 <b>5 LEV</b>	5 niveles
 <b>REAG</b>	Reactivo	 <b>6 LEV</b>	6 niveles
 <b>KIT</b>	Conjunto	 <b>CONTROL</b>	Control
 <b>CONT</b>	Contenido		Este producto cumple los requisitos de la Directiva europea 98/79 CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro
 <b>Ab</b>	Anticuerpo o antisuero		

	<p>DiAgam Belgium: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgium</p> <p>Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgique</p> <p>DiAgam France: Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France</p>
<p>DiAgam Headquarters</p> <p>Distributed by</p>	

All product names, registered trademarks, company names in this document remain the property of their respective owners.